m-Xylène M-285

Cette méthode décrit le prélèvement en mode Actif sur tube de charbon actif et l'analyse par CPG détection FID de la (des) substance(s) : **m-Xylène** .

Données de validation Validation complète

Numéro de la méthode M-285

Ancien numéro de fiche 012

1. Substances

1.1. Informations générales

Nom	Fiche Toxicologique
m-Xylène	**FT Xylènes**

Nom	Numéro CAS	Formule Chimique	Masse molaire	densite (g/cm³)
m-Xylène	108-38-3	C_8H_{10}	106,17	0,86

Substance	données de validation
m-Xylène	Validation_213

1.2. Famille de substances

- HYDROCARBURES AROMATIQUES

2. Principe de prélèvement et d'analyse

Etat physique Gaz et vapeurs

Type de prélèvements Actif

Principe général du prélèvement.

Technique analytique CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur SPLIT/SPLITLESS

Détecteur IONISATION DE FLAMME (FID)

3. Domaine d'application

Substance	Quantité minimum sur le dispositif	Quantité maximum sur le dispositif
m-Xylène	25 µg	14000 µg

4. Liste des réactifs

DISULFURE DE CARBONE

Consignes de sécurité pour les manipulations en laboratoire.

5. Méthode de prélèvement

Dispositifs de prélèvements actifs pour les gaz et vapeurs.

5.1 Dispositif de prélèvement

Type de dispositif TUBE 70 mm diam 4 mm

Support ou substrat de collecte CHARBON ACTIF

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) 100

Quantité de support dans la plage de garde (mg) 50

Commentaires, conseils, consignes :

5.2. Conditions de prélèvement

Débit (L/min) 0,05

Temps de prélèvement maximum en heures 8

5.3. Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min

Préparation des dispositifs de prélèvement

6. Méthode d'analyse

Principe général de l'analyse en laboratoire

6.1 Préparation de l'analyse

Durée de conservation testée et validée pour les prélèvements 1 mois

Séparation des plages oui

Nombre d'étapes de préparation 1

Conditions de conservation testée et validée pour les échantillons préparés :

conserver à 4°C

1 technique de préparation d'analyse :

Technique de préparation d'analyse N° 1

Séparation des plages oui

Solvant ou solution DISULFURE DE CARBONE

Type de préparation Désorption

Volume 4 mL

Ultrasons 10 min

6.2 Conditions analytiques

Technique analytique CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur SPLIT/SPLITLESS

Colonne POLAIRE

Détecteur IONISATION DE FLAMME (FID)

6.3 Etalonnage et expression des résultats

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants

Principe d'étalonnage externe

Solvant de l'étalon Même solvant que celui des échantillons

Commentaires :

Réaliser des étalons à partir de substances de référence, commerciales ou synthétisées en laboratoire. Le solvant utlisé pour réaliser les solutions sera celui choisi pour le traitement des échantillons

Calcul de la concentration atmosphérique

7. Auteurs

metropol@inrs.fr

8. Bibliographie

[1] Norme X 43-267. Air des lieux de travail. Prélèvement et analyse de gaz et vapeurs organiques. Prélèvement par pompage sur tube à adsorption et désorption par solvant. Paris, AFNOR, 2004.

[2] Prélèvement et analyse de polluants organiques gazeux. Méthode utilisée par l'INRS. Cahiers de notes documentaires, 1984, 114, ND 1467, pp. 55-61.

9. Historique

Version	Date	Modification(s) faisant l'objet de la nouvelle version
012	Jusqu'au 31/01/09	Création et mises à jour
M-285/V01	juin 2016	Mise au point complémentaire et mise en ligne et séparation des substances
M-284/V02	Septembre 2016	Validation réalisée en suivant le **protocole de mise au point** [1] , prélévement effectué à 0,05 L/min.

[1] **http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-gaz-actif.pdf**