

Monoéthanolamine M-32

Cette méthode décrit le prélèvement en mode Actif sur tube d'Alumine et l'analyse par électrophorèse capillaire de la (des) substance(s) : **Monoéthanolamine**.

Données de validation _____ Validation partielle

Numéro de la méthode _____ M-32

Ancien numéro de fiche _____ 081

Substances

Informations générales

Nom	Fiche Toxicologique
Monoéthanolamine	FT Monoéthanolamine

Nom	Numéro CAS	Formule Chimique	Masse molaire	densité (g/cm ³)	Synonymes
Monoéthanolamine	141-43-5	C ₂ H ₇ NO	61,1	1,012	2-aminoéthanol

Substance	données de validation
Monoéthanolamine	Validation_69

Famille de substances

- ETHANOLAMINES

Principe de prélèvement et d'analyse

Etat physique _____ Gaz et vapeurs

Type de prélèvements _____ Actif

Principe général et mise en oeuvre pratique du prélèvement ¹

¹ <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-principe.pdf>

Technique analytique _____ ELECTROPHORESE CAPILLAIRE

Injecteur _____ PASSEUR AUTOMATIQUE

Détecteur _____ ULTRAVIOLET (UV)

Domaine d'application

Substance
Monoéthanolamine

Liste des réactifs

- EAU

Consignes de sécurité pour les manipulations en laboratoire ²

² <http://www.inrs.fr/media.html?reflNRS=ED%20953>

Méthode de prélèvement

Dispositifs de prélèvement actif pour le prélèvement de gaz ou vapeurs ³

³ <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-gaz-vapeur-actif.pdf>

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ TUBE 50 mmdiam 6 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ ALUMINE

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 150

Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 50

Préparation du substrat :

L' alumine activée de type acide (degré d'activité II ou III teneur en eau 3-6 %) de granulométrie 70-230 Mesh est lavée pour éliminer l'excès d'ions Na⁺.

Verser 100 g d'alumine dans 800 mL d'eau. Porter à ébullition 15 minutes. Laisser décanter et éliminer le surnageant (H₂O). Répéter l'opération 3 fois puis filtrer l'alumine sur un ensemble de filtration muni d'un support en verre fritté.

Réactiver l'alumine en étuvant à 150 °C pendant 3 h. L'alumine préparée sera conservée dans un récipient hermétique.

Vérification de l'alumine :

Verser 150 mg d'alumine dans une série de 3 flacons à bouchage hermétique.

Traiter par 2 mL d'eau ultra-pure, effectuer l'analyse comme pour des échantillons.

Vérifier l'absence d'ions Na⁺ dans la solution de désorption.

Commentaires, conseils, consignes :

Les deux plages d'alumine sont séparées par un tampon de laine de verre traitée DMCS (diméthylchlorosilane) et maintenues par 2 frittés en polyéthylène.



Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 0,1

Temps de prélèvement maximum en heures _____ 3

Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min

Préparation des dispositifs de prélèvement en vue d'une intervention en entreprise⁴

⁴<http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation.pdf>

Méthode d'analyse

Principe général de l'analyse en laboratoire⁵

⁵<http://www.inrs.fr/dms/inrs/pdf/metropol-analyse-principe.pdf>

Préparation de l'analyse

1 étape préparation :

Etape de préparation n° 1

Séparation des plages _____ oui

Solvant ou solution _____ ■ EAU

Type de préparation _____ ■ Désorption

Volume _____ 2 mL

Ultrasons _____ 15 min

Autres conditions de préparation :

Centrifuger les solutions de désorption.

Désorber la deuxième plage avec 1 mL d'eau et traiter cette fraction comme pour la désorption de la première plage.

1 condition analytique :

Condition analytique n° 1

Technique analytique _____	▪ ELECTROPHORESE CAPILLAIRE
Injecteur _____	▪ PASSEUR AUTOMATIQUE
Colonne _____	▪ SPECIFIQUE
Détecteur _____	▪ ULTRAVIOLET (UV)

Etalonnage et expression des résultats

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants⁶

⁶<http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonage.pdf>

Principe d'étalonnage _____ externe

Solvant de l'étalon _____ ▪ Même solvant que celui des échantillons

Commentaires :

Réaliser des étalons à partir d'une (de) substance(s) de référence, commerciale(s) ou synthétisée(s) en laboratoire. Le solvant utilisé pour réaliser les solutions sera celui choisi pour le traitement des échantillons.

Calcul de la concentration atmosphérique⁷

⁷<http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf>

Auteurs

metropol@inrs.fr

Bibliographie

- [1] BOUYOUCOS Spiros A. and MELCHER Richard G., Collection of Ethanolamines in Air and Determination by Mobile Phase Ion Chromatography. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 47(3) :185-188 (1986).
 [2] Capillary Ion Analysis Methods- WATERS. Analyse des amines en UV CAT 3.

Historique

Version	Date	Modification(s) faisant l'objet de la nouvelle version
081		Création et mise à jour
081/V01	28/03/2008	Nouvelle présentation Type d'alumine utilisée dans les dispositifs de prélèvements Création de l'historique
M-32/V01	Novembre 2015	Mise en ligne, séparation des substances de la fiche 081